

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	MED-01-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE ECRI:	Turbidímetro	
CÓDIGO ECRI:	18-259	
NOMBRE GENÉRICO:	MEDIDOR DE TURBIDEZ	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
----------	-------

Control / Visualización / Material

Modo de medición	Por coeficientes entre la señal Nefelométrica.
Rango de turbidez	En el rango de 0,00 a 1000 NTU. Opcional para rangos más
Unidades de medición	NTU
Resolución	De 0,01/1
Precisión	En el rango de +/- 2%.
Medición luz	Modo Ratio y Modo Non Ratio
Fuente de luz	LED o IR o Filamento de tungsteno
Calibración	Máximo de dos puntos
Luz parásita	máxima de 0,1 NTU
Memoria	Memoria de registros mínima de 100
Interfaz	USB
Pantalla	Display LCD
Teclado	Teclado de membrana.

Accesorios

Cubetas	Cinco (5)
Tapas para muestra	Cinco (5)
Solución para calibración	Una (1)
Paño para limpiar cubetas	Uno (1)
Aceite para turbidímetro	Uno (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No Aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO