

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO
DE TODOS

EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	PHM-01-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE ECRI:	Medidores de PH de sobremesa	
CÓDIGO ECRI	15-164	
NOMBRE GENÉRICO:	MEDIDORES DE PH DE SOBREMESA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización	
Rango PH	Límite inferior: ≤ 0 pH
	Límite superior: ≥ 14 pH
Resolución de PH	$\leq 0,01$
Precisión/Exactitud de pH	Escala positiva: $\leq +0,01$
	Escala negativa: $\leq - 0,01$
Pantalla para visualización de T° y PH	Requerido
Rango Temperatura	Límite inferior: ≤ 0 °C
	Límite superior: ≥ 90 °C
Resolución Temperatura	$\leq 0,1$ °C
Precisión/Exactitud Temperatura	Escala positiva: $\leq +0,3$
	Escala negativa: $\leq - 0,3$
Interfaz de salida de datos	Requerido
Accesorios	
Electrodo	Uno (1) para líquidos con sensor de temperatura incluido.
Soporte	Uno (1) o brazo para transductor.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Batería/s y/o 110V VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la fecha de recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE