

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO DE TODOS

MOBILIARIO

CÓDIGO DNES N°:	POR-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	PORTASUEROS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	VALOR	
Material		
Columna estructural	Construida en tubo redondo de 1" de diámetro, en acero inoxidable.	
Medidas referenciales	Altura: 2000 mm (regulable)	
Base	Rodable compuesta por 4 o más soportes en sección rectangular	
Ruedas	Giratorias $\geq 2"$ de diámetro, de nylon con eje roscado a la base	
Regulación de altura	Por perilla roscada para regular la altura de la varilla portasuero	
Ganchos	Cuatro (04) en horquilla superior.	
Columna de extensión	Varilla portasuero construida en tubo redondo de 1/2" de diámetro, en acero inoxidable.	
Acabado	Pintura electrostática o terminado cromado	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Garantía técnica fabricante	Tres (3) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485/ ISO9001 / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.	