

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## EQUIPO BIOMÉDICO

### DATOS GENERALES

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>PRE-01-R02</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEGUNDA</b>	
<b>NOMBRE ECRI:</b>	<b>Extractores de Plasma</b>	
<b>CÓDIGO ECRI:</b>	<b>15-167</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>PRENSA PARA COMPONENTES SANGUINEO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01-01-2019</b>	<b>Hasta: 31-12-2019</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Estructura	Acero inoxidable o material anticorrosivo
	Fácil manejo
	Bastidor movible en acrilico transparente
	Diseño compacto
Prensa	Manual
	Unidad de clampeo
	Compatible con todos las bolsas estandar
Sensor	infrarojo /óptico
	Detección de rojos
Alarmas	Audibles y visuales
	Ciclo completado

#### Accesorios

### OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE