

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO DE APOYO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	PRO-10-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	PROYECTOR DE IMÁGENES	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR	
Resolución	≥ 1600 x 1080	
Brillo	Dentro del rango de 4000 a 4500 lumenes	
Potencia de lámpara	≥ 260w	
Distancia de proyecccion	≥ 10 m	
Potencia de sistema de audio	≥ 8w	
Interfaces de conexión		
Conexión	RJ45	
Puerto	HDMI	
Puerto de video	RCA	
Entrada de audio	Requerido	
Entrada tipo	VGA	
Puerto	USB	
Sistema de control a distancia mediante control remoto	Requerido	
Accesorios		
Cable HDMI	Uno (1)	
Cable VGA	Uno (1)	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Un (1) año a partir de la recepción definitiva del bien	
Certificados de Calidad del Equipo	CE o ISO	

son puertos de conexión del equipo