

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	REF-06-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE ECRI:	REFRIGERADORES, LABORATORIO	
CÓDIGO ECRI:	17-157	
NOMBRE GENÉRICO:	REFRIGERADOR PROFESIONAL, 500 A 600 LITROS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Cámara de Refrigeración	
Tipo de material interno	Acero inoxidable
Capacidad de cámara	≥ 500 a ≤ 600 litros
Bandejas	≥ 4
Temperatura	
Control de temperatura de trabajo	Requerido
Rango de temperatura de trabajo	≥ 1°C a ≤ 10°C
Visualización de parámetros	
Visualización de temperatura de trabajo a través de Display	Requerido
Registrador de historial de temperatura	Análogo (Termograficador) o digital (USB)
Alarmas	
Alarma de temperatura fuera de rango	Requerido
Alarma de puerta abierta	Requerido
Batería de respaldo	
Batería de respaldo, para el sistema de alarmas y registrador gráfico	Requerido
Tiempo de respaldo de batería	≥ 60 horas
Accesorios	
Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo	Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	CE o FDA