

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
EQUIPAMIENTO SANITARIO**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO
DE TODOS

DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	REL-02-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE ECRI:	RELOJES, DE TIEMPO TRANSCURRIDO	
CÓDIGO ECRI	10-918	
NOMBRE GENÉRICO:	RELOJ PARA LABORATORIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Funciones	
Modo	12 o 24 horas
Forma de conteo	Cuenta atrás de máximo 24 horas, con alarma.
Memoria	Debe memorizar la cuenta tiempo atrás.
Precisión	Cronómetro de 23 horas, o más con 1 s. de precisión
Carga	Debe disponer de baterías recargables o descartables.
Programación	Capacidad de programar en una o varias pantallas, el tiempo para controlar distintos procesos a la vez
Accesorios	
Batería (s) recargable (s) o descartable(s)	Un (1) set de baterías recargables o descartables.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Baterías
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	No aplica