

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SEL-01-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE ECRI:	Selladores Estériles para Tubos Termoplásticos, Separación	
CÓDIGO ECRI:	24-877	
NOMBRE GENÉRICO:	SELLADOR DE TUBULADURAS PARA BOLSAS DE SANGRE	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Funcionamiento	Sin calentamiento previo
Transporte	Diseño compacto
Sistema de sellado	Automático
	Temperatura controlada o radio frecuencia
	Reducción de Hemólisis
	Minimo un (1) cabezal
	≤ 10 segundos
	Indicador de estado
Alarmas	Audibles y visuales
Accesorios	
Sellador de integridad	Una (1) unidad de mando manual

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE