

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## EQUIPO BIOMÉDICO

### DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SEL-03-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE ECRI:	Selladores Estériles para Tubos Termoplásticos, Separación	
CÓDIGO ECRI:	24-877	
NOMBRE GENÉRICO:	SELLADOR DE TUBULADURAS PARA BOLSAS DE SANGRE, MULTITUBOS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Funcionamiento	Sin calentamiento previo
Transporte	Diseño compacto
Sistema de sellado	Automático
	Temperatura controlada o radio frecuencia
	Reducción de Hemólisis
	≥ (6) cabezales, de acuerdo a la necesidad del establecimiento requiriente
	≤ 10 segundos
	Indicador de estado
Alarmas	Audibles y visuales
<b>Accesorios</b>	
Sellador de integridad	Una (1) unidad de mando manual
Barras de unión	Facil instalación de multiple unidades
	≥ (5) de acuerdo a numero de cabezales
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco(5) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE