

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO DE APOYO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	TAC-05-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE GENÉRICO:	TACOMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Tipo	Tacometro Digital para Laboratorio
Rango de medición	Óptica: de 0 a 10000 RPM Mecánica: de 0 a 15000 RPM
Precisión	≤ ±2 dígitos
Tiempo de medición	1 segundo
Distancia de medición	≤ 600 mm
Principio de medición	Óptico y mecánico
Alimentación	Pilas y/o Baterías
Pantalla	LCD minimo 4 digitos
Carcasa	Plastico y/o poliuretano
Accesorios	Uno (1) Adaptadores para medición de contacto
	Uno (1) Estuche y/o caja para equipo
	Cinco (5) Cinta Reflectante
	Uno (1) Manuales de operación

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No Aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO

