

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## EQUIPO BIOMÉDICO

### DATOS GENERALES

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>TER-03-R04</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>CUARTA</b>	
<b>NOMBRE ECRI:</b>	<b>Higrómetro</b>	
<b>CÓDIGO ECRI:</b>	<b>12-059</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>TERMO-HIGRÓMETRO PORTÁTIL</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Medición	°C o °F
	Humedad relativa (RH o Hr)
Sonda externa	Dentro de rango de -50°C a 70°C
Resolución Temperatura	≤ 1 °C
Resolución Humedad	1 % RH
Temperatura Ambiental	Requerida
Pantalla de visualización de parámetros	LED o LCD o Táctil o similar
Memoria interna	Requerida
<b>Accesorios</b>	
Batería(s) o pila(s)	Las necesarias para el funcionamiento del equipo
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
Energía / Alimentación	Batería o pila
Garantía técnica fabricante	Tres (3) año a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE