

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	TER-05-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE ECRI:	Termómetros, electrónicos, infrarrojos	
CÓDIGO ECRI:	14-036	
NOMBRE GENÉRICO:	TERMÓMETRO INFRARROJO DE USO HOSPITALARIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Pantalla	Display o digital o TFT o LED o LCD.
Unidades de medida	En grados centígrados (C°), otros opcional
Precisión	≤0,3°C
Medición	Infrarroja, sin contacto
Rango de temperatura	Entre el intervalo $\geq 10^{\circ}\text{C}$ y $\leq 50^{\circ}\text{C}$
Medición de temperatura	Superficial y corporal
Distancia de medición	≤ 6cm
Tiempo de respuesta	≤ 1 segundo
Alarma	Sonido o beep
Memoria	Requerido, mínimo para 20 mediciones
Accesorios	
Baterías	Las que necesite el equipo (recargables en caso de aplicar)
Cargador de baterías	Uno (1) (en caso de aplicar)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Baterías
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE