

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO DE TODOS

EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	BIL-01-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE ECRI:	Bilirrubinómetros	
CÓDIGO ECRI:	15-109	
NOMBRE GENÉRICO:	BILIRRUBINÓMETRO PORTÁTIL PARA NEONATOS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
----------	-------

Funcionamiento

Tipo de equipo	Portátil
Tipo de medición	No invasivo
Edad gestacional	≥ 20 semanas
Unidad de medida	mg/dL o μmol/L
Rango de medición	0-20 mg/dl o 0-340 umol/L
Exactitud	± 1.5 mg/dL
Coefficiente de Correlación	≥ 0.80 a ≤ 1
Memoria interna o almacenamiento de datos	Requerido

Estructura

Pantalla de visualización de datos	Requerido
Lector código de barras	Requerido
Batería	Interna
Cargador para batería	Base

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE

A
R