

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CPA-01-R07
REVISIÓN:	SÉPTIMA
NOMBRE ECRI:	Ventiladores, presión positiva no invasivos
CÓDIGO ECRI:	20-746
NOMBRE GENÉRICO:	CPAP NASAL PARA NEONATOS
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Tipo de paciente	Neonatal
Flujo	$\leq 3 \text{ lpm}$ a $\geq 10 \text{ lpm}$
Concentración de oxígeno	$\leq 21\%$ a 100%
NCPAP	$\geq 0 \text{ cmH}_2\text{O}$ a $\leq 15 \text{ cmH}_2\text{O}$
Alarmas	
Presión	Requerido
Oxígeno	Requerido
Silenciador de alarmas	Requerido
Accesorios	
Maguera de conexión para aire medicinal	Una (1) con conector acorde al requerimiento del Establecimiento de Salud
Maguera de conexión para oxígeno	Una (1) con conector acorde al requerimiento del Establecimiento de Salud
Sistema de montaje	Uno(1) móvil propio del equipo con sistema de frenado
Cobertor	Uno (1) propio del equipo
Humidificador completo	Uno (1)
Circuito neonatal completo	Diez (10) descartables
Mascarilla neonatal con sistema de fijación	Cuatro (4) con tamaños acorde al requerimiento del Establecimiento de Salud
Sensor de oxígeno	Dos (2)
Brazo articulado	Uno (1) para soporte del circuito de paciente
Batería	Una (1)
Cargador de batería	Uno (1)
Cable de conexión eléctrica	Uno (1) de grado médico
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE