

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CUN-01-R07
REVISIÓN:	SÉPTIMA
NOMBRE ECRI:	Incubadoras/Calefactores por Radiación Térmica, Infantiles, Móviles
CÓDIGO ECRI:	10-302
NOMBRE GENÉRICO:	CUNA DE CALOR RADIANTE
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Estructura	
Carro de transporte	≥ Cuatro (4) ruedas, al menos dos con freno
Carga máxima	≥ 13 Kg
Placa/ bandeja portaobjetos / portamonitor	Una (1)
Columna de soporte	Una (1)
Altura	Regulable eléctricamente/automáticamente
Portachasis RX	1
Cajones	≥ 2
Báscula	Integrada
Paneles laterales	Abatibles y/o plegables
Lámpara de examinación	Integrada
Funcionamiento	
Autochequeo	Requerido
Alarmas	Audibles y visuales
Modos de funcionamiento	≥ Dos (2) modos
Medición de temperatura	≥15 ° C a ≤42 ° C
Precisión (sensor)	± 0,1 °C
Trendelemburg	14 °C ± 3
Trendelemburg inverso	14 °C ± 3
Accesorios	
Reloj de Apgar	Uno (1)
Colchón	Dos (2)
Sensor de temperatura de piel	Dos (2) reusables o diez (10) descartables
Tanque de O2	Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE

8

gc