

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO DE TODOS

EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CUN-02-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE ECRI:	Incubadoras/Calefactores por Radiación Térmica, Infantiles, Móviles	
CÓDIGO ECRI:	18-857	
NOMBRE GENÉRICO:	CUNA DE CALOR RADIANTE CON SISTEMA DE GASES	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Estructura	
Carro de transporte	Mínimo cuatro ruedas al menos dos con frenos
Carga máxima	≥ 13 Kg
Placa/ bandeja portaobjetos / portamonitor	Una (1)
Columna de soporte	Una (1)
Altura	Regulable eléctricamente/automáticamente
Portachasis RX	1
Cajones	≥ 2
Báscula	Integrada
Lámpara de examinación	Integrada
Funcionamiento	
Modos de funcionamiento	≥ Dos (2) modos
Autochequeo	Requerido
Alarmas	Audibles y visuales
Vacío / vacuum	Requerido
Medición de temperatura	≥ 15 ° C a ≤ 42 ° C
Precisión (sensor)	± 0,1 ° C
Trendelemburg	14 ° C ± 3
Trendelemburg inverso	- 14 ° C ± 3
Accesorios	
Reloj de Apgar	Uno (1)
Sensor de temperatura de piel	Dos (2) reusables o diez (10) descartables
Colchón	Uno (1)
Tanque de oxígeno	Uno (1)
Tanque de aire comprimido con válvulas compatibles	Uno (1)
Manguera de conexión de O2	Una (1) con conector definido por establecimiento de salud
Manguera de conexión de aire	Una (1) con conector definido por establecimiento de salud
Mezclador de gases (Blender)	Uno (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE