

**DIRECCIÓN NACIONAL DE  
EQUIPAMIENTO SANITARIO**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



**DISPOSITIVO MÉDICO**

**DATOS GENERALES**

CÓDIGO DNES N°:	FON-02-R09	
REVISIÓN:	NOVENA	
NOMBRE ECRI:	Estetoscopios	
CÓDIGO ECRI:	13-750	
NOMBRE GENÉRICO:	FONENDOSCOPIO NEONATAL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Olivas	Suave
Tubos auditivos	Acero inoxidable o titanio
Tubo flexible	Sin latex, en forma de Y
<b>Membrana</b>	
Diámetro	≤ 27mm
Forma	Circular
Anillo	Con protección para el frío
Diafragma	Ultrasensible
<b>Manguera y Olivas</b>	
Longitud	≥ 50cm
<b>Accesorios</b>	
Olivas de repuesto	Dos (2)
Membrana de respuesto.	Una (1)
Cobertor de manguera	Uno (1) con forma de animal a elección del Establecimiento de Salud.
Estuche o caja para guardar el fonendoscopio	Uno (1)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* em f