

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO
DE BOLIVIA

EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	INC-01-R08
REVISIÓN:	OCTAVA
NOMBRE ECRI:	Incubadoras, Pediátricas
CÓDIGO ECRI:	12-113
NOMBRE GENÉRICO:	INCUBADORA
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Funcionamiento	
Panel de control y/o pantalla de visualización de parámetros	Requerido
Lecho / base / espacio	Suficiente para albergar dos neonatos
Partes estructurales integradas	Bandeja portachasis de RX
	Balanza
	Bandeja o repisa para dispositivos médicos y/o instrumental
	Sistema de Humidificación
Lámpara de examinación	Opcional
Movimientos mínimos de la incubadora	Base regulable en altura
	Trendelenburg y trendelenburg inverso
Base de la incubadora / gabinete / cámara	Cámara transparente de doble carcasa o doble pared
	Base con ruedas y freno en mínimo dos de ellas
	Gabinete con al menos un cajón integrado
Nivel de ruido	≤ 50 dBA
Parámetros a monitorear	Temperatura central y periférica (≥ 2 sensores de t° de piel)
	Concentración de oxígeno (O2)
	Peso del paciente
	Humedad
Control de temperatura	Modo Manual y/o Automático y/o Servo
	De ambiente: ≤ 30°C a ≥ 37 °C
	Corporal: ≤ 35°C a ≥ 37°C
Sistema de circulación de aire	Requerido
Sistema de acceso al paciente	Con ≥ 4 accesos de mano laterales
	Con orificios que permita introducir tubos o sondas
	Con acceso frontal y/o posterior abatible
Alarmas	
Audibles y visuales	Requerido
Temperatura del ambiente	Requerido
Temperatura corporal	Requerido
Falla del sistema eléctrico	Requerido
Falla del sensor	Requerido
Silenciador de alarmas	Requerido
Accesorios	

Colchón para la cuna, impermeable	Dos (2)
Soporte para monitor	Uno (1)
Cascos cefálicos / campanas concentradoras de O2 neonatal	Uno (1)
Soporte para infusión intravenosa	Uno (1)
Sensor de temperatura de piel	Dos (2) reusables o diez (10) descartables
Filtro de aire	Dos (2)
Monitor para Saturación de Oxígeno SPO2 con sensor neonatal	Uno (1)
Soporte de tanque de oxígeno	Uno (1)
Tanque de oxígeno	Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE