

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	LAR-02-R10	
REVISIÓN:	DÉCIMA	
NOMBRE ECRI:	Laringoscopios	
CÓDIGO ECRI:	12-293	
NOMBRE GENÉRICO:	LARINGOSCOPIO NEONATAL Y PEDIÁTRICO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Mango	Metálico
Tamaño del mango	Tipo "AA"
Fuente de luz	LED ó Xenón ó Halógena
Iluminación	Mediante fibra óptica
Accesorios	
Focos	Dos (2) de repuesto
Hoja N° 00	Una (1) en acero inoxidable, tipo a elección del Establecimiento de Salud
Hoja N° 0	Una (1) en acero inoxidable, tipo a elección del Establecimiento de Salud
Hoja N° 1	Una (1) en acero inoxidable, tipo a elección del Establecimiento de Salud
Baterías recargables	Dos (2) juegos
Cargador de baterías	Uno (1)
Estuche	Uno (1) propio del equipo

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Baterías
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485