DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

EQUIPO BIOMÉDICO		
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**LÁM-01-R08**	
REVISIÓN:	**OCTAVA**	
NOMBRE ECRI:	**Unidades de Fototerapia**	
CÓDIGO ECRI:	**17-037**	
NOMBRE GENÉRICO:	**LAMPARA DE FOTOTERAPIA**	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Pantalla / Panel de control		
Panel de control	Requerido	
Pantalla	Requerido	
Lámpara		
Tipo de Lámpara	LED	
Longitud de onda (nm)	≥ 400 y ≤ 550	
Intensidad a 40 cm de altura	≥ 40 µW/cm2/ nm	
Área de la superficie efectiva a 40 cm	≥ 20 cm x ≥ 30 cm	
Contador de tiempo	Requerido	
Lámpara auxiliar de observación	Opcional	
Nivel de ruido	≤ 40 dBA	
Base para la lámpara		
Carro o soporte	Con ruedas y frenos / bloqueo	
Altura	Regulable	
Accesorios		
Máscara de fototerapia	Dos (2)	
Batería recargable	Una (1) en caso de aplicar	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE	

gc