

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



DISPOSITIVO MEDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	VAC-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE ECRI:	Válvulas, para Aire Medicinal y Vacío	
CÓDIGO ECRI:	24-782	
NOMBRE GENÉRICO:	VACUÓMETRO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Tipo de presión	Vacío
Presión	≥ 750 mmHg
Regulador de presión	Mediante perilla ó teclado
Sistema de apagado	Mediante conmutador
Indicador	Análogo ó digital
Accesorios	
Frasco de succión	Uno (1) esterilizable completo, ≥ 2 litros
Adaptador	Uno (1) definido por el Establecimiento de Salud
Trampa de agua	Dos (2) con filtros de partículas y antibacteriales
Soporte	Uno (1) para el frasco de succión
Tubo de conexión	Uno (1) ≥ 80 cm
Tubo de aspiración	Uno (1) ≥ 200 cm

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485