DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

EQUIPO DE APOYO		
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**CÁM-08-R01**	
REVISIÓN:	**PRIMERA**	
NOMBRE ECRI:		
CÓDIGO ECRI:		
NOMBRE GENÉRICO:	**CAMARA DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES CONTAMINADOS**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2020	**Hasta:** 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	**VALOR**
Cámara	
Dimensiones desplegado	Largo: 200 ± 5cm
Carga Máxima a soportar	≥ 110 Kg
Tipo de cierre	cierre hermético
Cámilla	
Material	PVC
Rango de temperatura de trabajo	≥ 1ºC a ≤10ºC
Unidad impulsadora	
Bomba de vacío	Requerido
Funcionamiento a baterías	Requerido
Tiempo de respaldo de batería	≥8 Horas
Filtro de ingreso de aire	Filtro tipo Hepa
Accesorios	
Bolsa de transporte	Uno (1)
Kit de filtros de aire de recambio	Tres(3)
Pares Guantes de nitrilo	Tres(3)

OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: CE (Conformidad Europea) o FDA