DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	**RES-02-R07**	
REVISIÓN:	**SÉPTIMA**	
NOMBRE ECRI:	**Ventiladores, Transportación**	
CÓDIGO ECRI:	**18-098**	
NOMBRE GENÉRICO:	**VENTILADOR DE TRANSPORTE INTRA HOSPITALARIO**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2020	**Hasta:** 31/12/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Tipo de paciente	Adulto y pediátrico
Portabilidad	Para transporte
Ventilación controlada por volumen	Asistido controlado
Ventilación controlada por presión	Asistido controlado y soporte de presión
Ventilación no invasiva	Para todos los modos ventilatorios
Volumen tidal	De ≤ 50 ml a ≥ 2000 ml
Frecuencia respiratoria	De ≤ 5 rpm a ≥ 60 rpm
Relación I:E	Requerido
Presión soporte	De 0 mbar a ≥ 35 mbar
PEEP/CPAP	De 0 mbar a ≥ 20 mbar
Concentración de oxígeno	De ≤ 40 % a 100 %
Flujo de disparo	De ≤ 1 l/min a ≥ 10 l/min
Compensación de fugas	Requerido
Pantalla	Requerido
Formas de onda	Presión y flujo
Autonomía de la bateria en funcionamiento normal	≥ 4 h
Circuito de paciente	De una rama
Alarmas	
Presión	Alta y baja
Tiempo de Apnea	Requerido
Volumen tidal	Alto
Frecuencia respiratoria	Alta
Silenciador de alarmas	Requerido
Concentración de O2	Alta
Batería	Requerido
Accesorios	
Manguera de conexión	Una (1) para oxígeno con conector para el tanque de O2
Tanque de oxígeno	Uno (1) lleno con regulador
Estuche de transporte	Uno (1) propio del equipo
Adaptador a camilla	Uno (1) propio del equipo
Pulmón de prueba	Uno (1) compatible con el equipo
Circuito paciente adulto	Diez (10) circuitos completos, descartables

bm

Circuito paciente pediátrico	Diez (10) circuitos completos, descartables
Sensor de flujo	Dos (2) para la tecnología que aplique
Sensor de oxígeno	Dos (2) para la tecnología que aplique
Cable de conexión a ambulancia	Uno (1)
Filtro intercambiador de humedad	Dos (2) tipo HME
Cable de conexión eléctrica	Uno (1) de grado médico
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE

bm