

ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.

Invitación:

La Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario tiene como misión: "Garantizar la calidad del equipamiento sanitario de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública, a través la generación de estándares técnicos, conforme a las políticas sectoriales, modelos de calidad y lineamientos estratégicos establecidos"

En cumplimiento a lo establecido en el "ESTATUTO ORGÁNICO SUSTITUTIVO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA", la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario, invita a todos los proveedores a nivel nacional e internacional, a participar en la actualización y estandarización de especificaciones técnicas de EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN.

Requisitos para registrar su participación:

- Llenar el formulario para el Registro de Proveedores - [\(Clic aquí\)](#)
- Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyente (RUC)
- Remitir catálogos técnicos, hojas técnicas, datasheet, manuales técnicos, etc., que permitan verificar todas las características técnicas para la creación de las fichas técnicas de:

FICHA DNES	MOMBRE GENERICO
DES-03	DESCALCIFICADOR DE AGUA, 3,1 m ³ /h~6m ³ /h
DES-11	DESCALCIFICADOR DÚPLEX DE AGUA, 1 m ³ /h~2 m ³ /h
DES-12	DESCALCIFICADOR DÚPLEX DE AGUA, 2,1 m ³ /h~3 m ³ /h
EST-36	ESTERILIZADOR, DE UNA PUERTA SIN GENERADOR DE VAPOR, 400 ~ 550 LITROS
EST-41	ESTERILIZADOR, UNA PUERTA FUNCIONAMIENTO MIXTO (ELÉCTRICO Y VAPOR CENTRAL), 250 ~ 385 LITROS
EST-44	ESTERILIZADOR, UNA PUERTA FUNCIONAMIENTO MIXTO (ELÉCTRICO Y VAPOR CENTRAL), 500 A 660 LITROS
EST-46	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA FUNCIONAMIENTO MIXTO (ELÉCTRICO Y VAPOR CENTRAL), 690 A 850 LITROS
EST-47	ESTERILIZADOR, UNA PUERTA FUNCIONAMIENTO MIXTO (ELÉCTRICO Y VAPOR CENTRAL), 690 A 850 LITROS
AUT-03	AUTOCLAVE DE SOBREMESA, 20 A 25 LITROS
AUT-04	AUTOCLAVE DE SOBREMESA, 70 A 80 LITROS
AUT-05	AUTOCLAVE DE SOBREMESA, 55 A 65 LITROS
EST-11	ESTERILIZADOR DOBLE PUERTA, CON GENERADOR DE VAPOR DE 250 A 385 LITROS

EST-21	ESTERILIZADORA DE CALOR SECO 50-250 °C, DE 30 A 50 LITROS
EST-24	ESTERILIZADOR, UNA PUERTA CON GENERADOR DE VAPOR, 430 ~500 LITROS
EST-25	ESTERILIZADOR, DE BARRERA SANITARIA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, 100 ~ 120 LITROS
EST-26	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA, SIN GENERADOR DE VAPOR, 550 ~ 660 LITROS
EST-27	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA CON GENERADOR DE VAPOR, 500 ~ 660 LITROS
EST-28	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA SIN GENERADOR DE VAPOR, 250 ~ 385 LITROS
EST-34	ESTERILIZADOR, DE UNA PUERTA CON GENERADOR DE VAPOR, 100 ~ 120 LITROS
EST-35	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA SIN GENERADOR DE VAPOR, 690 ~ 850 LITROS
EST-40	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA FUNCIONAMIENTO MIXTO (ELÉCTRICO Y VAPOR CENTRAL), 250 ~ 385 LITROS
EST-43	ESTERILIZADOR, DOBLE PUERTA FUNCIONAMIENTO MIXTO (ELÉCTRICO Y VAPOR CENTRAL), 500 A 660 LITROS
LAV-07	TERMODESINFECTADORA, DOBLE PUERTA CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, 200 a 270 LITROS
LAV-21	TERMODESINFECTADORA, DOBLE PUERTA CALENTAMIENTO A VAPOR, 200 a 270 LITROS
MES-19	ESTACIÓN DE PRELAVADO ULTRASÓNICO
SEL-02	SELLADORA DE EMBALAJE PARA PRODUCTOS ESTERILIZADOS

Toda la información se receptorá hasta el día miércoles 20 de diciembre del 2023, hasta las 15H00, a nombre de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO.

Tomar en cuenta, la información debe enviarse de manera física y/o digital.

Para envío físico: Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social. Código Postal: 170702 / Quito - Ecuador, a nombre de la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario.

Para envío digital: al correo electrónico: gabriela.chiguano@msp.gob.ec ; edder.chimarro@msp.gob.ec

Inquietudes, dudas o comentarios acerca de este tema, se receptorán a través del mismo correo electrónico (previo al plazo máximo de entrega).

El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario, no se responsabiliza por documentación que no haya sido enviada conforme a lo indicado, ni respecto a las recibidas con posterioridad a la fecha límite.