Servicio Nacional de Contratación Pública

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS

Buscador > NC-1760001120001-2024-00043

Detalle de Necesidad de Contratación

Datos del Proceso

Nombre Entidad: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA MATRIZ
Tipo de necesidad: Necesidad de Contratación
Código Necesidad de Contratación: NC-1760001120001-2024-00043
Estado de la necesidad: Inicial

Objeto de compra:
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA – AMEU

Fecha de Publicación de la Necesidad:
2024-08-12 10:30:00

Fecha Límite para la entrega de Proformas:
2024-08-15 10:31:00

Funcionario Encargado

Nombre: Ing. Erika Ximena Arellano Haro - 0979395822
Correo Electrónico: erika.arellano@msp.gob.ec

Lugar de entrega

Provincia: PICHINCHA
Cantón: QUITO
Parroquia: QUITUMBE

Dirección: CONFORME NECESIDAD INSTITUCIONAL NIVEL NACIONAL

Detalle del objeto de compra

No.	CPC		Descripción del Producto	Unidad	Cantidad
1	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Aspirador uterino sin cánulas Volumen 60 cc, capacidad de succión 600mmHg como minimo, compatible con cánulas 4mm hasta 12 mm, diseño de doble cierre, collarín tope, cilindro marcado cada 10 cc, mango ergonómico	Unidad	3598.00
2	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Cánula de aspiración endouterina, tipo Karman, 6mm Polietileno, flexible, aberturas biseladas y alargadas, bordes romos, marcas de profundidad en intervalos de 1 cm, longitud de 223 mm (+/- 7 mm), compatibles con aspirador de 60 cc como mínimo. Estéril, descartable	Unidad	10794.00
3	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Cánula de aspiración endouterina, tipo Karman, 7mm Polietileno, flexible, aberturas biseladas y alargadas, bordes romos, marcas de profundidad en intervalos de 1 cm, longitud de 223 mm (+/- 7 mm), compatibles con aspirador de 60 cc como mínimo. Estéril, descartable	Unidad	21588.00
4	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Cánula de aspiración endouterina, tipo Karman, 8mm Polietileno, flexible, aberturas biseladas y alargadas, bordes romos, marcas de profundidad en intervalos de 1 cm, longitud de 223 mm (+/- 7 mm), compatibles con aspirador de 60 cc como mínimo. Estéril, descartable	Unidad	21588.00
5	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Cánula de aspiración endouterina, tipo Karman, 9mm Polietileno, flexible, aberturas biseladas y alargadas, bordes romos, marcas de profundidad en intervalos de 1 cm, longitud de 223 mm (+/- 7 mm), compatibles con aspirador de 60 cc como mínimo. Estéril, descartable	Unidad	21588.00
6	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Cánula de aspiración endouterina, tipo Karman, 10mm Polietileno, flexible, aberturas biseladas y alargadas, bordes romos, marcas de profundidad en intervalos de 1 cm, longitud de 223 mm (+/- 7 mm), compatibles con aspirador de 60 cc como mínimo. Estéril, descartable	Unidad	21588.00
7	352901091	INSUMOS DE USO GENERAL	Cánula de aspiración endouterina, tipo Karman, 12mm Polietileno, flexible, aberturas biseladas y alargadas, bordes romos, marcas de profundidad en intervalos de 1 cm, longitud de 223 mm (+/- 7 mm), compatibles con aspirador de 60 cc como mínimo. Estéril, descartable	Unidad	10794.00

Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Forma de Pago

EL OFERENTE DEBERA REVISAR EL CUADRO DE ESPECIFICACIONES E INFORME DE NECESIDAD PARA QUE PUEDA OFERTAR DE MANERA EXPRESA Y PUNTUAL LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES QUE SE REQUIEREN

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA	
Descripción del Archivo	**Descargar Archivo**
CUADRO DE ESPECIFICACIONES	
INFORME DE NECESIDAD	

Regresar